



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

SK.C.29.004.A № 30260/1

Срок действия до 16 августа 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики газа диафрагменные ВК-G40, ВК-G65, ВК-G100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "ELSTER s.r.o.", Словакия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 36706-08

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ 8.324-2002

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 10 лет

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **16 августа 2013 г. № 920**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



"19" августа 2013 г.

Серия СИ

№ 011266